





Safety Gate: Schnellwarnsystem für gefährliche Non-Food-Produkte

| | |
|--|--|
| Nummer der Meldung | INFO/00113/20 |
| Kategorie | Schutzausrüstung |
| Art der Warnung | |
| Produktnutzer | Verbraucher |
| Produkt (*) | Partikelfiltermaske |
| Marke | Doctor Cross |
| Name | Folding protective KN95 mask |
| Typ/Modellnummer (*) | KN95 |
| Barcode (*) | |
| Chargennummer (*) | |
| Kategorie im OECD-Portal | 85000000 – Sicherheit/Schutz – Heimwerker |
| Beschreibung (*) | KN95 Schutzfiltrationsmaske für die Atemwege, entsprechend FFP2 gemäß EN 149. |
| Packungsbeschreibung (*) | Die Ware wird in einem Pappkarton mit 10 Stück verkauft. |
| Ursprungsland | Volksrepublik China |
| Warnmeldung übermittelt von | Kroatien |
| Fälschung * | UNBEKANNT |
| Art des Risikos | Gesundheitsrisiken/Sonstige |
| Technischer Defekt (*) | Das Produkt trägt eine CE-Kennzeichnung, ist aber nicht von einer zuständigen Stelle als Schutzausrüstung zertifiziert. Das Produkt fördert ein Schutzzpotential gegen (Virus-) Partikel, aber seine Filterkapazität wurde von der zuständigen europäischen Stelle nicht zertifiziert. Folglich erfüllt das Produkt möglicherweise nicht die Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen und schützt daher nicht angemessen, wenn es mit zusätzlichen Maßnahmen kombiniert wird./das Produkt entspricht nicht der Verordnung über persönliche Schutzausrüstungen und der einschlägigen europäischen Norm EN 149. |
| Risiko (*) | |
| Vom mitteilenden Land ergriffene Maßnahmen (*) | Einfuhr an der Grenze abgelehnt |



Bilder



(*) Dies ist eine maschinelle Übersetzung. Die Europäische Kommission übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit. Bei Abweichungen ist die englische Fassung maßgebend.